34-0300 / 01 VEBÉ CONSISTÓMETRO.



NORMAS:aSTMC143, BS1881 Este método de prueba es una variación de la prueba de depresión simple y somete el hormigón a vibración después de retirarlo de el cono de asentamiento. El tiempo que lleva el hormigón para ser recompaction se toma como una medida de trabajabilidad. La pequeña mesa vibradora opera a una amplitud fija y frecuencia, y en la prueba se coloca un disco de plástico en contacto con la superficie superior del hormigón. La prueba se completa cuando la superficie inferior del disco ha sido completamente recubierto con lechada de cemento.

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

34-0300/01 Vebé consistometer.

Model 34-0300/01	
Amplitude(with empty container):	0.5mm
Vibrating frequency:	0.5Hz
Counter weight when VB Test:	2750g±20g
Counter weight when VC Test:	7500g±50g
Counter weight when on modified VC Test:	8700g±50g
Slump cone size (Top Dia. x Bottom Dia. x Height)	100x200x300mm
Power:	380 V, 50Hz, 250 W
Net weight:	30kg