

## MÉTODO DE K-SLUMP



NORMAS EN: EN C1362 Este dispositivo se utiliza para determinar la trabajabilidad y el grado de compactación de hormigón fresco tras su colocación en el formas Se puede utilizar para mediciones en sitios o para pruebas internas. Moldes y formas. Los resultados pueden correlacionarse con el prueba de depresión La operación es muy simple, inserte el probador en el concretar hasta el nivel del disco, después de 60 segundos, la varilla de medición se baja sobre la superficie del concreto y el Kslump se lee directamente en una escala. El tubo hueco tiene un diámetro de 20 mm. Dimensiones: 200x200x400 (h) mm. Peso aprox .: 5 kg.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)