

MODELO (63-L0028) SET DE PRUEBA VICAT.



NORMAS: EN 196-3 Usado para determinar el tiempo de ajuste y la consistencia de cemento por el método de Vicat. El aparato consiste en un metal marco con una barra de deslizamiento. Un indicador ajustable se mueve sobre una escala graduada. La aguja o el émbolo está unido a la extremo inferior de la varilla para completar el peso de prueba de 300 g. El marco se suministra sin accesorios, y se ordena por separado dependiendo del requerimiento. 63-L0028 Set de prueba Vicat Peso aprox: 4 kg

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Packing list

- ✔ Vicat frame
- ✔ Vicat mould
- ✔ Consistency plunger 10 mm dia.
- ✔ Supporting glass plate
- ✔ Initial needle 1.13 mm dia.
- ✔ Final needle 1.13 mm dia.